

**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-16-LN-277250-01

Code client : LL22500

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 19/04/2016 à 10:13:00 par C9QO : Marion Oreja

Reçu au laboratoire le 20/04/2016 12:32 à 1.5°C

Analysé le 20/04/2016

## Echantillon N° 854-2016-07112827 : C9QO-110-B0005 - TOMATE MOZZARELLA

<b>Conditionnement :</b>	Gastronorme	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Etat au prélèvement:</b>	Réfrigéré	<b>Cuisson :</b>	Cru
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	01 - Atelier de fabrication
<b>Température du produit (°C) :</b>	8.6	<b>Date de préparation :</b>	19/04/2016
<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type d'analyse :</b>	A reception

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>			Régl 2073/2005 modifié	
( $\square$ ) Escherichia Coli (42°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/08-06/01	< 10		100
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		Absence
( $\square$ ) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/09-04/03 A	< 100		100
<b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b>				
(a) ( $\square$ ) Listeria monocytogenes - dénombrement /g	AES 10/05 - 09/06	< 10	100	

### Déclaration de conformité :

Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène de l'Interprofession.

Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.

Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation



Nantes, le 22/04/2016  
 Karine Guicheteau  
 ASM Labo & Adjointe Validation

La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité.

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Pour les paramètres précédés du sigle  $\square$  l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

**Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest**

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE  
 7120 B

Accréditation Cofrac Essais, n°1-1830  
 Portées disponibles sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92



N° de rapport: AR-16-LN-286598-01

Code client : LL22500

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 19/04/2016 à 10:13:00 par C9QO : Marion Oreja

Reçu au laboratoire le 20/04/2016 12:32 à 1.5°C

Analysé le 20/04/2016

**Echantillon N° 854-2016-07112828 : C9QO-110-B0006 - CHOUX FLEUR**

<b>Conditionnement :</b>	Gastronorme	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Etat au prélèvement:</b>	Chaud	<b>Cuisson :</b>	Cuit
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	20 - Four
<b>Température du produit (°C)</b>	80.2	<b>Date de préparation :</b>	19/04/2016
<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type d'analyse :</b>	A reception


Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) /g	3M 01/01-09/89	< 10 000	Régl 2073/2005 modifié	1 000 000
(a) Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214	< 10 000		
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Calcul	Non calculé		100
(a) Escherichia Coli (42°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/08-06/01	< 10		10
(a) Bacillus cereus présomptifs (30°C) /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7932	< 100		500
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		Absence
(a) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/09-04/03 A	< 100		100
<b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b>				
(a) (a) Listeria monocytogenes - dénombrement /g	AES 10/05 - 09/06	< 10	100	

**Déclaration de conformité :**

Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène de l'Interprofession.

Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.

Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation



Nantes, le 27/04/2016

Karine Guicheteau

ASM Labo & Adjointe Validation

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité.*

*Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.*

*Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

*Pour les paramètres précédés du sigle  $\square$  l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution*

*Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).*

Page 2/2

**Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest**

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
CS 12325  
F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
SAS au capital de 380.000 Euros - APE  
7120 B

Accréditation Cofrac Essais, n°1-1830  
Portées disponibles sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**Votre contact service client:**  
serviceclientbiosciences@eurofins.com  
Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-16-LN-286599-01

Code client : LL22500

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 19/04/2016 à 10:13:00 par C9QO : Marion Oreja

Reçu au laboratoire le 20/04/2016 12:32 à 1.5°C

Analysé le 20/04/2016

**Echantillon N° 854-2016-07112829 : C9QO-110-B0007 - SALADE DE TOMATE, ARTICHAUD ET OIGNON**

<b>Conditionnement :</b>	Saladier	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Etat au prélèvement:</b>	Réfrigéré	<b>Cuisson :</b>	Cru
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	01 - Atelier de fabrication
<b>Température du produit (°C)</b>	9.6	<b>Date de préparation :</b>	19/04/2016
<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type d'analyse :</b>	A reception

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) /g	3M 01/01-09/89	< 100 000	Régl 2073/2005 modifié	10 000 000
(a) Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214	< 10 000		
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Calcul	Non calculé		100
(a) Escherichia Coli (42°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/08-06/01	< 10		100
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		Absence
(a) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/09-04/03 A	< 100		100
<b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b>				
(a) (a) Listeria monocytogenes - dénombrement /g	AES 10/05 - 09/06	< 10	100	

**Déclaration de conformité :**

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène de l'Interprofession.**

**Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.**

Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation



Nantes, le 27/04/2016  
Karine Guicheteau  
ASM Labo & Adjointe Validation

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité.*

*Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.*

*Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

*Pour les paramètres précédés du sigle (a) l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution*

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

**Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest**

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
CS 12325  
F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
SAS au capital de 380.000 Euros - APE  
7120 B

Accréditation Cofrac Essais, n°1-1830  
Portées disponibles sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92



N° de rapport: AR-16-LN-277175-01

Code client : LL22500

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le 19/04/2016 à 10:07:00 par C9QO : Marion Oreja**

**Reçu au laboratoire le 20/04/2016 12:34 à 1.5°C**

**Analysé le 20/04/2016**

**SOCIETE KATHREIN**

7 rue des Gardes  
 91371 VERRIERES LE BUISSON

**Echantillon N° 854-2016-17010393 : C9QO-110-S0008 - PLANCHE À DÉCOUPER BLANCHE**

**Lieu de prélèvement :** 01 - Atelier de fabrication  
**Type Intervention:** 01 - Passage régulier planifié  
**Acheminement :** Envoi colis : frais du laboratoire  
**Type de prélèvement de surface :** Ecouvillon

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b> (a) Listeria spp. /Surface	AES 10/03-09/00	Absence	Régl 2073/2005 modifié	Absence

**Déclaration de conformité :**  
**Résultat satisfaisant.**

Déclaration de conformité couverte par l'accréditation



Nantes, le 22/04/2016  
 Karine Guicheteau  
 ASM Labo & Adjointe Validation

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité.*

*Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.*

*Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

*Les résultats sont émis sous accréditation sous réserve que le délai entre le prélèvement de surfaces de l'environnement et l'analyse ne dépasse pas 24h et que le désinfectant utilisé est neutralisé par la formule des moyens de prélèvement.*

*Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).*

**Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest**

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE  
 7120 B

Accréditation Cofrac Essais, n°1-1830  
 Portées disponibles sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**Votre contact service client:**  
serviceclientbiosciences@eurofins.com  
Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-16-LN-276873-01

Code client : LL22500

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le 19/04/2016 à 10:07:00 par C9QO : Marion Oreja**

**Reçu au laboratoire le 20/04/2016 12:34 à 1.5°C**

**Analysé le 20/04/2016**

**SOCIETE KATHREIN**

7 rue des Gardes  
91371 VERRIERES LE BUISSON

**Echantillon N° 854-2016-20032933 : C9QO-110-S0006 - PLANCHE À DÉCOUPER BLANCHE**


**Lieu de prélèvement :** 01 - Atelier de fabrication  
**Type Intervention:** 01 - Passage régulier planifié

**Acheminement :** Envoi colis : frais du laboratoire  
**Type de prélèvement de surface :** Lame de surface

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
Coliformes totaux (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0	Régl 2073/2005 modifié	0
Flore aérobie (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0		25

**Déclaration de conformité :****Résultat satisfaisant.**

Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation



Nantes, le 22/04/2016  
Karine Guicheteau  
ASM Labo & Adjointe Validation

**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-16-LN-276874-01

Code client : LL22500

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le 19/04/2016 à 10:07:00 par C9QO : Marion Oreja**

**Reçu au laboratoire le 20/04/2016 12:34 à 1.5°C**

**Analysé le 20/04/2016**

## Echantillon N° 854-2016-20032934 : C9QO-110-S0007 - POELE

**Lieu de prélèvement :** 01 - Atelier de fabrication  
**Type Intervention:** 01 - Passage régulier planifié

**Acheminement :** Envoi colis : frais du laboratoire  
**Type de prélèvement de surface :** Lame de surface

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
Coliformes totaux (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0	Régl 2073/2005 modifié	0
Flore aérobie (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0		25

### Déclaration de conformité : Résultat satisfaisant.

Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation



Nantes, le 22/04/2016  
 Karine Guicheteau  
 ASM Labo & Adjointe Validation